

Техническое задание на мундштуки к анализатору паров этанола модели Динго Е-010

Мундштук должен обеспечивать проведение теста на анализаторе паров этанола в выдыхаемом воздухе и соответствовать следующим требованиям:

- Длина – 33 мм
- Входное круглое отверстие
внутренний диаметр - 8 мм
внешний диаметр - 11мм
- Выходное круглое отверстие:
внутренний диаметр – 6 мм
внешний диаметр – 8 мм
- Высота - 13 мм
- Материал – полипропилен
- Вес – не более 1 г
- Каждый мундштук имеет индивидуальную упаковку
- Наименование и место производства мундштуков должны соответствовать Регистрационному удостоверению на медицинское изделие – анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе.